



Spolufinancováno
Evropskou unií



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Měřicí přístroje
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: VZMR s otevřenou výzvou
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00006746>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky
fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Botanická 68a, 602 00 Brno
IČ: 00216224
Kontaktní osoba veřejné zakázky: Mgr. Petr Konopáč, tel.: 549 49 7629, e-mail: 134557@mail.muni.cz

DOTAZ A VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 2

Znění dotazu

Zadavatel obdržel v rámci E-ZAK dne 18. 1. 2024 v 17:12:35 následující dotaz:

Prosím o upřesnění Přílohy č. 1 smlouvy Specifikace nabízených zařízení – opravená

Osciloskop 1

dialogový kanál	
paměť naměřených vzorků	min. 4 GSa

Je u parametru „paměť naměřených vzorků“ uvedena správně min. požadovaná hodnota včetně jednotky?

Zpravidla se udává v Mpts.

Totéž u

Osciloskop 2

min. 100 Mpts	
paměť naměřených vzorků (pro každý kanál)	min. 100 MSa

Je u parametru „paměť naměřených vzorků (pro každý kanál)“ uvedena správně min. požadovaná hodnota včetně jednotky?

Zpravidla se udává v Mpts.

Vysvětlení dotazu

Jedná se o správné hodnoty vč. jednotek.

DOPAD NA LHŮTU PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadávací podmínky této veřejné zakázky nebyly změněny a jedná se o zakázku malého rozsahu. **Lhůta pro podání nabídek proto nebude prodloužena.**

(podepsáno elektronicky)

Mgr. Petr Konopáč