

NÁBYTEK SEDACÍ - LABORATORNÍ

- ŽL1 - židle laboratorní
- ŽL2 - židle laboratorní
- ŽVL - lůžko vyšetřovací
- ŽVK1 - křeslo vyšetřovací

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Kolečková laboratorní židle s opěrkou zad a bez područek - vhodná pro práci u laboratorního stolu s pracovní deskou ve výši 760 - 900 mm.

Výškově stavitelný ergonomický sedák o průměru 420 mm, s celkovou výškou 70 mm (pákové ovládání plynového pístu, nebo kruhové ovládání pod sedákem pro jemné nastavení výšky), píst podnože leštěný kov bez plastového krytu. Nosná část sedáku - kvalitní, odolná překližka s oblými hranami, tl. 15 mm (11 vrstev), průměr 400 mm.

Výškově stavitelná celočalouněná opěra zad výšky 320 mm a šířky 400 mm, s možností nastavení výšky horní hrany opěráku od sedáku židle v rozsahu 320 - 410 mm. Opěra zad kotvená do ocelového úchyty ze silnostěnného chromovaného oválného profilu 30 × 14 mm. Sedák i opěrák opatřen kovovou výztuhou s čalouněním kvalitní středně tvrdou PUR pěnou tl. min. 50 mm, s dlouhodobou odolností proti slehnutí.

Materiál povrchu sedáku i opěráku čalouněn snadno čistitelnou a dezinfikovatelnou koženkou bílé, nebo světle šedé barvy.

Opora nohou plynule nastavitelná na výšku nezávisle na výšce sedáku, průměr kruhu 460 mm. Píst vysoký, chrom, bez krytu pístu, pro výšku sezení 540 - 740 cm. Stavitelná podnož s pětiramenným křížem z leštěného hliníku, průměr 660 mm s otvory pro kolečka, nebo kluzáky s průměrem 11 mm.

Židle jako celek splňuje ergonomické požadavky pro správnou oporu bederní páteře (tvarem + možností nastavení výšky a sklonu opěráku). Uchycení opěrky zad umožňuje mírné naklápění - přizpůsobení úhlu zad sedícího

Ve standardu - 5 nebržděných koleček na tvrdý povrch (průměr min. 50 mm, povrch pryž, barva světle šedá RAL 7035)
Mechanika: ocelová, s nastavitelnou výškou sezení, bezestupňová aretace nastavení výšky a sklonu opěrky zad

Nosnost: max. 120 kg

Výrobek musí být vyroben v souladu s normami ČSN EN ISO 9002, ISO 14001 a opatřen certifikátem bezpečného výrobku (GS certifikace nebo adekvátní).

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

A - 5 kluzáků na tvrdý povrch

ŽL1 //

standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	420 mm
hloubka sedáku	420 mm
výška sedáku	540 - 740 mm
výška opěráku	850 - 1140 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ



židle laboratorní - ŽL1

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Kolečková laboratorní židle bez opěrky zad a područek - vhodná pro práci u laboratorního stolu s pracovní deskou ve výši 760 - 900 mm.

Výškově stavitelný ergonomický sedák o průměru 400 mm, s celkovou výškou 80 mm (pákové ovládání plynového pístu, nebo kruhové ovládání pod sedákem pro jemné nastavení výšky), píst podnože leštěný kov bez plastového krytu. Nosná část sedáku - kvalitní, odolná překližka s oblými hranami, tl. 16 mm, průměr 380 mm.

Sedák opatřen kovovou výztuhou s čalouněním kvalitní středně tvrdou PUR pěnou tl. min. 60 mm, s dlouhodobou odolností proti slehnutí.

Materiál povrchu sedáku čalouněn snadno čistitelnou a dezinfikovatelnou koženkou bílé, nebo světle šedé barvy.

Opora nohou plynule nastavitelná na výšku nezávisle na výšce sedáku, průměr kruhu 460 mm. Píst vysoký, chrom, bez krytu pístu, pro výšku sezení 520 - 720 cm. Stavitelná podnož s pětiramenným křížem z leštěného hliníku, průměr 500 mm s otvory pro kolečka, nebo kluzáky s průměrem 11 mm.

Mechanika ocelová, s nastavitelnou výškou sezení, bezestupňová aretace nastavení výšky páčkou s plastovým madlem. Ve standardu - 5 nebržděných koleček na tvrdý povrch (průměr min. 50 mm, povrch pryž, barva světle šedá RAL 7035)

Nosnost: max. 120 kg

Výrobek musí být vyroben v souladu s normami ČSN EN ISO 9002, ISO 14001 a opatřen certifikátem bezpečného výrobku (GS certifikace nebo adekvátní).

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

ÚPRAVY

A - 5 kluzáků na tvrdý povrch

ŽL2 //

standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	400 mm
hloubka sedáku	400 mm
výška sedáku	530 - 730 mm
výška opěráku	530 - 730 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ



židle laboratorní - ŽL2

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Pvek s konstrukcí z ocelových profilů s povrchem z práškového laku RAL - 9006, ložná plocha 2 - dílná s polohovatelným zádovým dílem se zajištěním v šesti polohách pomocí hřebenu, součástí konstrukce držák hygienického papíru.

Matrace s koženkovým čalouněním určeným pro zdravotnické účely - barva bílá.

Minimální nosnost 160 kg

Výrobek musí být vyroben v souladu s normami ČSN EN ISO 9002, ISO 14001 a opatřen certifikátem bezpečného výrobku (GS certifikace nebo adekvátní). Součástí dodávky je certifikace o vhodnosti a odolnosti použitých materiálů pro medicínské provozy.

MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

standarty nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	700 mm
hloubka	2000 mm
výška	700 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ZOBRAZENÍ



lůžko vyšetřovací - ŽVL

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	03	ŽVL	00

Recetox D30

POPIS STANDARDU

Polohovací lékařské křeslo s područkami pro odběry v sedě, pololehu i vleže. Výška stavitelná elektropohonem v rozsahu 500 - 700 mm, sklon zad nastavitelný manuálně.

Konstrukce prvku opatřena pohodlným a odolným bezešvým čalouněním hygienickým potahem (koženka - barva bílá) s atestem pro zdravotnictví. Nosná konstrukce krytá plastovými kryty z plastu ABS barva blízka RAL 7035.

Pojízdné provedení s odolnými brzděnými kolečky $\varnothing 75$ mm, kolečka nesmí zanechávat stopy při smýkání.

Konstrukce jako celek omyvatelná a desinfikovatelná. Čtyřdílná konstrukce s užitnou plochou šířky minimálně 480 mm - plocha rozdělena na hlavu, opěradlo, sedák a nohy. Hlavový segment je nastavitelný manuálně, nožní segment manuálně výklopný pro polohu vleže, možnost aretace křesla. Křeslo má snímatelné omyvatelné podpěry rukou, možnost výškového a prostorového nastavení.

Ovládání elektropohonů ručním ovladačem.

Zástavbové rozměry křesla asi 600 × 800 mm v sedě, 600 × 1 800 mm vleže. Nosnost 150 kg.

Výrobek musí být vyroben v souladu s normami ČSN EN ISO 9002, ISO 14001 a opatřen certifikátem bezpečného výrobku (GS certifikace nebo adekvátní).


MOŽNÉ ZMĚNY STANDARDU

standardy nábytku

ZÁKLADNÍ ROZMĚRY

šířka	700 mm
hloubka	2000 mm
výška	700 mm

PŮDORYSNÉ SCHÉMA



ŽVK1

ZOBRAZENÍ



křeslo vyšetřovací - ŽVK1

STAVBA	STUPEŇ	ČÍSLO PS - SO	ČÁST	VÝKRES	REVIZE
RCI	DPV	I 001	03	ŽVK1	00