

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

Název zadavatele:

se sídlem

IČ:

zástupce

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,

00216224,

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., ředitel Středoevropského technologického institutu

Název zakázky**„Dewarovy nádoby na skladování a transport kapalného dusíku – CEITEC MU“**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona v souladu s § 18 odst. 5 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o VZ),

r o z h o d l

o vyloučení uchazeče **BioTech a.s.**, IČ: 25664018, Tymiánová 619/14, 106 00 Praha, analogií podle § 76 odst. 6 zákona o VZ.

Odůvodnění

Zadavatel při posouzení nabídky uchazeče o veřejnou zakázku zjistil, že nabídka nesplňuje požadavky stanovené zákonem na předmět veřejné zakázky, a to z následujících důvodů:

Hodnotící komise shledala, že uchazečem nabízené nádoby nedisponují potřebným CE označením pro výrobky prodávané v zemích EU, ačkoliv dle nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, musí povinně tímto označením disponovat. Hodnotící komise tak konstatovala, že uchazečem podaná nabídka je analogicky podle § 22 odst. 1 písm. d) zákona nabídkou, která je v rozporu s platnými právními předpisy. Komise tak nabídku jako nepřijatelnou vyřadila.

Poučení o odvolání

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky podle § 110 odst. 4 zákona o VZ, které musí být zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Pro počítání lhůt je relevantní odeslání zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK dostupném na <https://zakazky.muni.cz/>, neboť tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky.

V Brně, dne 22. 6. 2012

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

ředitel Středoevropského technologického institutu