

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ UCHAZEČE

Název zadavatele:

se sídlem

IČ:

zástupce

Masarykova univerzita

Žerotínovo náměstí 9, 601 77 Brno,

00216224,

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., ředitel Středoevropského technologického institutu

Název zakázky**„Dewarovy nádoby na skladování a transport kapalného dusíku – CEITEC MU“**

Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky zadávané mimo režim zákona v souladu s § 18 odst. 5 podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o VZ),

r o z h o d l

o vyloučení uchazeče **Lineq s.ro.** IČ: 26131455, V Horce 178, 252 28 Černošice, analogií podle § 76 odst. 6 zákona o VZ.

Odůvodnění

Zadavatel při posouzení nabídky uchazeče o veřejnou zakázku zjistil, že nabídka nesplňuje požadavky stanovené zadavatelem na předmět veřejné zakázky, a to z následujících důvodů:

Hodnotící komise shledala v nabídce uchazeče odchylky od požadavků zadavatele určených v zadávacích podmínkách. Uchazeč nesplnil požadavek na objem dodávky stanovený v příloze č. 1 – Podrobná technická specifikace na 300 – 400 l, kdy nabídl pouze nádoby o objemu 240 l. V parametru „Odpar max. 1% za 24 hodin“ nabídl uchazeč pouze hodnotu „denní odpar 1,4%“, čímž rovněž nesplnil požadavek zadavatele na technické a funkční vlastnosti plnění. Hodnotící komise tak zjistila, že uchazeč nesplnil požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky uvedené v zadávacích podmínkách a označila tak nabídku za nepřijatelnou.

Poučení o odvolání

Proti rozhodnutí o vyloučení lze podat námitky podle § 110 odst. 4 zákona o VZ, které musí být zadavateli doručeny do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí.

Pro počítání lhůt je relevantní odeslání zprávy v elektronickém nástroji E-ZAK dostupném na <https://zakazky.muni.cz/>, neboť tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky.

V Brně, dne 22. 6. 2012

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.

ředitel Středoevropského technologického institutu