

Technická specifikace

Ultrazvukové přístroje 2 (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 2 VZ:

2.1 Lineární vysokofrekvenční sonda

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- sonda pro ultrasonografický přístroj, kompatibilní min. s přístroji řady Versana (výrobce GE HealthCare)
- lineární vysokofrekvenční hokejková sonda pro zobrazení velmi blízkých polí
- frekvenční rozsah min. 7 – 18 MHz
- šířka pole max. 35 mm