

Technická specifikace

Nástěnné lůžkové rampy (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části. Nabídka účastníka musí splňovat všechny níže uvedené požadavky a parametry specifikované zadavatelem. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

1.1 Nástěnná rampa k lůžku

Počet kusů: 6

Nástěnná lůžková rampa určená do standardních lůžkových pokojů. Využití pro výukové účely v odborné učebně. Vybavenost rampy 6krát totožná pro každé lůžko. Rampy budou instalovány vždy po 3 kusech do 2 pokojů.



Minimální požadavky:

- šířka nástěnné rampy pro 1 lůžko – 1,2 m;
- všechny vstupy a vývody situovat do jedné řady (ne dvouprofilové);
- fungující osvětlení přímé (ovládané z rampy);
- fungující vývod elektroinstalace (230 V) – bude zadavatelem využito pro napájení el. lůžek v učebně a dalších přístrojů (defibrilátor, infuzní/enterální pumpy apod.);
- atrapa vývodů (nebude reálně napojeno) pro připojení medicinálních plynů (umožňuje vsunout průtokoměr);
- v levé části rampy řadit vstupy pro: Vacuum, Air, Kyslík, rychlospojka;
- v pravé části rampy řadit elektrické zásuvky 2 žluté (zdravotnický izolovaný obvod) a 2 oranžové (velmi důležitý obvod);
- do rampy/na rampě jsou začleněny dvě nerezové technické lišty (slouží jako nosná konstrukce např. pro uchycení infuzního stojanu, držáků košů/nádob apod.), umístění lišt neomezuje manipulaci s průtokoměrem a přístup k el. zásuvkám);

- moderní dizajn, snadná manipulace a údržba (hladký povrch bez výrazných spár/záhybů);
 - včetně montáže, instalace a revize.
- (přípojná místa k napojení el. proudu jednotlivých ramp budou zadavatelem nachystána ze stropních podhledů)