

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Dokumentační přístroj pro nukleové kyseliny a proteiny
 Druh veřejné zakázky: Dodávky
 Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007040>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Lékařská fakulta
 Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 13. 3. 2024 následující dotaz v rámci žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz:

V technické specifikaci v části „Motorizovaný držák filtrů“ je uvedena jako jedna z nutných položek i „chemiluminiscenční filtr“. Lze blíže specifikovat o jaký filtr se má jednat, resp. jakou má mít při snímání chemiluminiscence funkci? V řešení, které bychom rádi nabídli, není pro snímání chemiluminiscence žádný speciální filtr nutný ani potřebný. Lze případně nabídnout i řešení bez „chemiluminiscenčního filtru“, pokud to nemá žádné negativní dopady na průběh snímání či na kvalitu výsledných snímků?

Odpověď zadavatele:

Požadavek na chemiluminiscenční filtr odráží požadavek na chemiluminiscenci. Zatímco někteří dodavatelé uvádějí název chemiluminiscenční filtr v technických specifikacích přístroje, jiní dodavatelé uvádějí pouze chemiluminiscenci. Jedná se tedy o jeden a tentýž výraz. **Funkce tohoto požadavku je snímání chemiluminiscenčního signálu.**

Na základě výše uvedeného je dodavatel oprávněn nabídnout jiné rovnocenné řešení, které bude splňovat požadavek na funkci tohoto parametru.

Zadavatel k tomuto vysvětlení přikládá upravenou technickou specifikaci.

2. ÚPRAVA TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Zadavatel přikládá k vysvětlení zadávací dokumentace technickou specifikaci s označením „04_LF_Dokumentacni system_Technická specifikace_final_uprava240315“ doplněný o úpravu uvedenou v odpovědi na výše uvedený dotaz. Dodavatelé jsou povinni respektovat tuto upravenou technickou specifikaci.

3. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl v souladu s Pravidly pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek OP JAK a vzhledem k úpravě technické specifikace související s odpovědí na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace o **prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od odeslání/zveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, tj. lhůta pro podání nabídek je prodloužena do 29. 3. 2024 do 10:00 hod.**