

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Sterilizátory

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007130>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel ve dnech 3.4.2024 v 11:06:19 a 3.4.2024 v 12:21:28 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o poskytnutí dodatečné informace v části 1 Autoklávy (2 ks) u položky s názvem Stolní autokláv – parní sterilizátor (1 ks) a prosíme o odpověď o dotaz:

Je pro vás, z důvodu že požadujete stolní autokláv, nabídnutí přístroje s horizontálně umístěnou komorou?

Odpověď zadavatele č.1:

ANO. Při stanovení parametru se zadavatel v době přípravy zadávací dokumentace dopustil chyby a omylem uvedl slovo „vertikálně“ místo „horizontálně“. Stolní autokláv požadujeme s horizontální komorou.

Zadavatel na základě dotazu mění technické podmínky a v důsledku toho mění v části 1 VZ Autokláv (2 ks), položce Stolní autokláv – parní sterilizátor (1 ks) znění dokumentů, které jsou součástí zadávací dokumentace, a to Předloha návrhu smlouvy, Příloha č.1 Technická specifikace věci a Technické podmínky následujícím způsobem:

Laboratorní parní sterilizátor s horizontálně umístěnou sterilizační komorou vhodný pro sterilizaci roztoků, laboratorního materiálu a dekontaminaci. (Dodavatel uvede ANO/ NE)

Dotaz č.2:

Dobrý den, máme dotaz k části 2 - sušárna.

Budete akceptovat vnější rozměry komory: š x h x v – 660 mm x 710 mm x 850 mm a vnitřní rozměry komory: š x h x v – 460 mm x 450 mm x 540 mm?

Odpověď zadavatele č.2:

ANO. Vzhledem k tomu, že vnější rozměry jsou překročeny pouze o 10 mm v parametru hloubky, tak lze tuto změnu akceptovat. Zároveň lze akceptovat i navržené rozměry vnitřní komory, kdy nedošlo ke snížení "užitné plochy" sušárny (vnitřní šířka x hloubka) proti požadovaným rozměrům v technické specifikaci a ani k podstatným změnám ve vnějších rozměrech.

Zadavatel na základě dotazu mění technické podmínky a v důsledku toho mění v části 2 VZ Sušárna znění dokumentů, které jsou součástí zadávací dokumentace, a to Předloha návrhu smlouvy, Příloha č.1 Technická specifikace věci a Technické podmínky následujícím způsobem:

Rozměry vnitřní komory š x h x v: minimálně 540x450x540 mm (*Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu*)

Vnější rozměry přístroje š x h x v (vč. dveří, madel, pantů apod.): maximálně 800 x 710 x 950 mm (*Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu*)

Zadavatel upozorňuje, že doplněné dokumenty Předloha návrhu smlouvy a Technické podmínky v aktuálním znění jsou vloženy v příslušných záložkách elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.muni.cz/vz00007130> v sekci Zadávací dokumentace (viz dokumenty Předloha návrhu smlouvy 04_04_2024 a Technické podmínky 04_04_2024).

Ostatní zadávací podmínky zůstávají beze změn.

V Brně dne 4. 4. 2024

Mgr. Pavel Vicherek
manažer veřejných zakázek