

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Sterilizátory

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007130>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení a změnu zadávací dokumentace č.3.

Zadavatel obdržel dne 9.4.2024 v 11:16:23 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Akceptoval by zadavatel přístroj s rozměry vnitřní komory š x h x v 540 x 390 x 530 mm?

Odpověď zadavatele č.1:

ANO. Zadavatel v rámci vysvětlení a změny zadávací dokumentace zveřejněné dne 4.4. 2024, části 2 VZ Sušárna, chybně uvedl, že akceptuje nabídky splňující parametr vnitřní komory š x h x v: minimálně 540x450x540 mm (*Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu*) a tímto způsobem změnil zadávací dokumentaci.

Správně mělo být uvedeno:

Rozměry vnitřní komory š x h x v: minimálně 460x350x450 mm (*Dodavatel uvede ANO/ NE a skutečnou hodnotu*)

Zařízení zmíněné v dotazu tedy požadavek na minimální rozměr vnitřní komory splňuje.

Zadavatel upozorňuje, že doplněné dokumenty Předloha návrhu smlouvy a Technické podmínky v aktuálním znění jsou vloženy v příslušných záložkách elektronického nástroje dostupného



na <https://zakazky.muni.cz/vz00007130> v sekci Zadávací dokumentace (viz dokumenty Předloha návrhu smlouvy 11_04_2024 a Technické podmínky 11_04_2024).

Dále Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem: Nabídky je nutné podat nejpozději do 24.4.2024 10:00 hod.

V Brně dne 11. 4. 2024

Mgr. Pavel Vicherek
manažer veřejných zakázek

