

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: Rotační tabletovací lis
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007143>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Farmaceutická fakulta
Sídlo: Palackého třída 1946/1, 612 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. PharmDr. Mgr. Davidem Vetchým, Ph.D., děkanem

Zadavatel obdržel dne 16. 4. 2024 následující dotazy v rámci žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Potřebovali bychom objasnit technický požadavek:

„Možnost rozšíření dodaného zařízení pro práci s HPAPI (vysoce účinná léčiva)“

Zde není úplně zřejmé, o jaké rozšíření se jedná. Lze blíže specifikovat, jaké součásti by byly požadovány?

Odpověď zadavatele:

Jedná se o technickou/konstrukční přípravu zařízení pro možnost jeho uzavření do tzv. containmentu, kdy se při práci s vysoce účinnými látkami oddělí personál od kontaktu s těmito substancemi a kontaminovanými součástmi zařízení.

Dotaz č. 2:

Potřebovali bychom objasnit technický požadavek:

„Možnost předlisování s měřením předlisovacího tlaku“

Pokud by možnost měření tlaku při předlisování nebyla k dispozici, znamená to automaticky vyřazení nabídky předpokládám...?

Odpověď zadavatele:

Ano, pokud nabídka dodavatele nesplní požadované technické parametry (mj. i technický parametr „měření předlisovacího tlaku“), bude dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen.