

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Polarimetr

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007168>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení, doplnění a změnu zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dne 30.4.2024 v 11:52:59 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

Prosím o upřesnění rozsahu měření – stačí libovolných 6 vlnových délek, nebo máte konkrétní požadavky?

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel požaduje rozsah měření v rámci vlnových délek:

589 nm (konkrétní vlnová délka)
355-375 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)
395-415 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)
426-446 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)
536-556 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)
623-643 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)

Zadavatel na základě dotazu doplňuje technické podmínky a v důsledku toho znění dokumentů, které jsou součástí zadávací dokumentace, a to Předloha návrhu smlouvy, Příloha č.1 Technická specifikace věci a Technické podmínky následujícím způsobem:

Šestivlnový automatický polarimetr s příslušenstvím, rozsah vlnových délek:

589 nm (konkrétní vlnová délka)
355-375 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)

395-415 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)
426-446 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)
536-556 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)
623-643 nm (konkrétní vlnová délka v tomto rozmezí)
(Dodavatel uvede ANO/NE)

Dotaz č.2:

Prosím o přesnou specifikaci "stávající plnicí stanice" - výrobce, katalogové číslo a "kyvety o objemu 0.9 mL, průměr včetně obalu kyvety 30 mm, délka včetně obalu kyvety 110 mm" výrobce, materiál.

Odpověď zadavatele č.2:

Stávající plnicí stanice je od výrobce Rudolph Research, katalogové číslo A26576 (Rudolph Research Polarimeter Cell Fill Station).

Kyveta je od Rudolph Research, obal z nerezové oceli (Type 32 Small Volume Sample Cell). Rozměry a objem jsou popsány v technické specifikaci.

Zadavatel upozorňuje, že doplněné dokumenty Předloha návrhu smlouvy a Technické podmínky v aktuálním znění jsou vloženy v příslušných záložkách elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.muni.cz/vz00007168> v sekci Zadávací dokumentace (viz dokumenty Předloha návrhu smlouvy 30_04_2024 a Technické podmínky 30_04_2024).

Dále Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následujícím způsobem: Nabídky je nutné podat nejpozději do 14.5.2024 10:00 hod.

V Brně dne 30. 4. 2024

Mgr. Pavel Vicherek
manažer veřejných zakázek