

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: Hlubokomrazící box pro FSpS MU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007174>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Fakulta sportovních studií
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: PhDr. Jan Cacek, Ph. D. – děkan Fakulty sportovních studií

1. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 3. 5. 2024 následující dotaz v rámci žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Rádi bychom vás tímto požádali o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VR a prosíme o odpověď na náš dotaz týkající se technické specifikace v tomto bodě:

- průchodky v zadní stěně hlubokomrazícího boxu alespoň 3 průchodky, každá o průměru min. 15 mm

Je pro vás přípustné nabídnout zařízení, které má opravdu součástí 3 průchodky požadovaného průměru umístěných takto: 1 v zadní stěně a 2 na dně? Je toto technické řešení pro vás přijatelné?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel připouští i uvedené technické řešení.

2. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl v souladu s článkem 5.4.5 Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek OP JAK a vzhledem k povaze odpovědi na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace **o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, tj. lhůtu pro podání nabídek prodlužuje do 20. 5. 2024 do 11:00 hod.**