

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Identifikace veřejné zakázky

Název: Set rotační vakuová odparka a recirkulační chladič (10 ks)

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Režim veřejné zakázky: Zjednodušené podlimitní řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007197>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno

IČ: 00216224

Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel k výše uvedené veřejné zakázce uveřejňuje následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel obdržel dne 6.5.2024 v 12:58:20 prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje pro zadávání zakázek na Masarykově univerzitě E-ZAK následující žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č.1:

V technických podmínkách veřejné zakázky s názvem „Set rotační vakuová odparka a recirkulační chladič (10 ks)“, které jsou nedílnou součástí veřejné zakázky zahájené dne 02.05.2024, je uvedeno „Set obsahuje sekundární chladič“. Dotaz: Je sekundárním chladičem myšlen náhradní díl chladiče skleněné sestavy rotační vakuové odparky? Pokud je myšlen jiný typ, než že jde o náhradní díl chladiče skleněné sestavy rotační vakuové odparky, specifikujte blíže prosím, jaký typ chladiče je požadován v těchto technických podmínkách.

Odpověď zadavatele č.1:

Sekundární chladič není náhradní díl chladiče – je to separátní komponenta pro kondenzaci zbytkových par a zajištění bezpečnosti laboratorních prostor.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek.

V Brně dne 7. 5. 2024

Mgr. Pavel Vicherek
manažer veřejných zakázek