

Technická specifikace

Přístroje a pomůcky aplikované fyzioterapie (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 1 VZ:

1.1 Elektroterapeutický přístroj s vakuovou jednotkou

Počet kusů: 1

Požadovaná specifikace:

- Min. 10" dotykový plně barevný displej, rozlišení displeje min. 800x600 pixelů
- Anatomická knihovna
- Vestavěný průvodce terapiemi
- Volba protokolů ošetření dle: tělesných oblastí, cíle terapie a indikace
- Vestavěný seznam kontraindikací
- Možnost ukládání diagnostických výsledků
- uložení min. 500 vlastních oblíbených programů
- min. 200 pozic pro diagnostické výsledky
- min. 100 pozic pro sekvenční programy
- Celková paměť pro programy min. 800 pozic
- 2 oddělené potenciometry pro ovládání intenzity
- 2 kanálová elektroterapie, ultrazvuková terapie a laser terapie
- 2 výstupy pro UZV hlavice
- Možnost kombinované terapie
- Možnost simultánní terapie
- Vestavěný laserový tester
- IT křivka obdélníková, IT křivka trojúhelníková, IT křivka kombinovaná, reobáze, chronaxie, diagnostika bolestivých bodů, diagnostika únavových zlomenin
- Stejnoseměrné proudy, obdélníkový puls, proud 2-5 (Ultra Reiz), Trojúhelníkový puls, MF obdélníkový puls, Iontoforéza – stejnosměrný proud, diadynamické proudy, MF, DF, RS, CP,LP, TENS proudy, konvenční, nízkofrekvenční TENS, vysokofrekvenční TENS, TENS s náhodnou frekvencí, Han Stim, NMES proudy – obdélníkové, trojúhelníkové, bifázické, s vnitřním pulsem, ruská stimulace, izoplanární vektorové pole, Interferenční proudy – izoplanární vektorové pole, klasický interferenční proud, mikro proudy – modulovaný a obdélníkový

- Vakuová jednotka: 2 nezávislé kanály, elektronická kontrola vakua, kontinuální a pulsní režim, masážní účinek
- Jmenovité pracovní napětí 230V/50Hz
- Přístroj bude deklarován jako zdravotnický prostředek
- Příslušenství v rámci dodávky:
 - UZV hlavice 4cm²(1/3 MHz) 1x,
 - UZV hlavice 1cm²(1/3 MHz) 1x,
 - podtlakové elektrody 4x,
 - houbičky 4x,
 - vakuové hadice 4x,
 - gumové elektrody 4x,
 - houbičky pro gumové elektrody 4x,
 - kontaktní gel,
 - dvoupólový kabel 2x.