

Technická specifikace

Přístroje a pomůcky aplikované fyzioterapie (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 3 VZ:

3.1 Lymfodrenážní přístroj

Počet kusů: 1

Zadavatel poptává přístroj pro praktický nácvik fyzioterapie v onkologii, neurologii, ortopedii, vnitřním lékařství a traumatologii.

Požadovaná specifikace:

- Přístroj na principu sekvenční graduované kompresní terapie;
- 24 nezávislých tlakových komor;
- Komory návleků s částečným překrytím;
- Možnost nastavení tlaku pro každou komoru zvlášť;
- Režim snižování tlaku v návleku od periferie k centru;
- Režim, kdy tlaková vlna postupuje opakovaně od distální k proximální části končetiny;
- Program pro uvolnění;
- Elektronická kontrola tlaku v komorách;
- Tlak nastavitelný v rozsahu 20-90 mmHg;
- Odsávání návleků;
- Certifikovaný zdravotní prostředek.
- Příslušenství součástí dodávky:
 - Návleky: návlek na dolní končetinu, návlek na horní končetinu + rameno.