

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Identifikace veřejné zakázky

Název: Hlubokomrazící box pro FSpS MU
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007174>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita – Fakulta sportovních studií
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: PhDr. Jan Cacek, Ph. D. – děkan Fakulty sportovních studií

1. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 13. 5. 2024 následující dotaz v rámci žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Bude zadavatel akceptovat: spotřebu energie 8,1 kWh / den? 2 průchodky o průměru 28 mm? hmotnost 313 kg?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na technické specifikaci uvedené v zadávacích podmínkách.

Dotaz č. 2:

Co je míněno požadavkem na 4 vnitřní oddíly? Jedná se o samostatná oddělení s vlastními dvířky nebo jsou vyhovující 4 police (a dvoje vnitřní dveře)?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje 4 police. Jak je uvedeno v zadávací dokumentaci, min. 2 police musí být nastavitelné.

Co se týče vnitřních dvířek, je na dodavateli, jaké technické řešení zvolí.

2. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl v souladu s článkem 5.4.5 Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek OP JAK a vzhledem k povaze odpovědi na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace **o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak do 23. 5. 2024 do 11:00 hod.**