

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

## Video-laryngoskop s příslušenstvím

### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 20.5. a 21.5. 2024 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

1) *Bude zadavatel akceptovat lžíci ze slitiny hliníku a nerezové oceli? Je požadován titan.*

2) *Zadavatel požaduje mobilní stojan, masivní kolečkový stojan s úložným prostorem a prac. výsuvným ramenem.*

*Bude zadavatel akceptovat pokud nabídneme uchycení monitoru na držáku s tyčí, který umožňuje horizontální, vertikální nastavení monitoru, včetně možnosti otočení monitoru v horizontální ose v rozsahu 360° při zachování všech ostatních požadavků? Tento způsob uchycení je navržen i s ohledem na možnost okamžitého sundání monitoru ze stojanu a použití na libovolném místě.*

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) **Dotaz č. 1:**

*Bude zadavatel akceptovat lžíci ze slitiny hliníku a nerezové oceli? Je požadován titan.*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele** a z technických podmínek vypustit požadavek na materiál, ze kterého má být lžíce zhotovena..

Zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

<p>Lžíce laryngoskopu velikosti 0 typ <b>Macintosh s možností vyššího stupně desinfekce</b></p>	<p>ANO</p>
---	------------

2) **Dotaz č. 2:**

Zadavatel požaduje mobilní stojan, masivní kolečkové stojan s úložným prostorem a prac. výsuvným ramenem. Bude zadavatel akceptovat pokud nabídneme uchycení monitoru na držáku s tyčí, který umožňuje horizontální, vertikální nastavení monitoru, včetně možnosti otočení monitoru v horizontální ose v rozsahu 360° při zachování všech ostatních požadavků? Tento způsob uchycení je navržen i s ohledem na možnost okamžitého sundání monitoru ze stojanu a použití na libovolném místě.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky **vyhovět žádosti dodavatele a pro Položku č. 4 Mobilní stojan (1 ks), požadovat pouze „mobilní stojan s úložným prostorem“.**

Zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

mobilní stojan s úložným prostorem	ANO
------------------------------------	-----

3) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravené (nové) dokumenty:**

„Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - příloha č. 1 návrhu smlouvy

„Položkový rozpočet“ – příloha č. 2 návrhu smlouvy

**zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

**Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.**

4) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

**Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 30. 5. 2024 do 10:00 hod. se prodlužuje do 5.6. 2024 do 10:00 hod.**

5) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu  
Ing. Marek Buriška  
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 22.5.2024
- 2) „Položkový rozpočet“ – příloha č. 2 návrhu smlouvy - ze dne 22.5.2024