

Vyřizuje/tel. Mgr. et Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 27. 5. 2024

Věc: Veřejná zakázka: FPLC – Fast Protein Liquid Chromatography**Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Sdělení č. 1:

Zadavatel uvádí, odstraňuje požadavek uvedený v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Technická specifikace, listu „FPLC Konfigurace 2“, původního řádku č. 17 ve znění „*Ventil selekce kolon (tzv. column-valve) a ventil selekce odtoku vzorku (tzv. outlet-valve). Column-valve a outlet-valve mají interní objem maximálně 1 µL*“. Zadavatel v tomto smyslu uveřejňuje nové znění předmětného dokumentu pod názvem souboru „01_TS_FPLC_v2“.

Sdělení č. 2:

Zadavatel dále uvádí, že prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **12. 6. 2024 10:00 hod.**

manažer veřejných zakázek