

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Video-laryngoskop s příslušenstvím

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

V souladu se zadávacími podmínkami se zadavatel rozhodl pos tuto změnu zadávací dokumentace.

- 1) Zadavatel se po podrobném posouzení stanovených technických podmínek rozhodl v rámci vymezení technických podmínek této veřejné zakázky upravit stanovené technické podmínky následujícím způsobem.

V rámci technických podmínek zadavatel stanovil:

Lžice laryngoskopu velikosti 0, typ Macintosh s možností vyššího stupně desinfekce

V návaznosti na své provozní potřeby se zadavatel rozhodl upravit požadovaný typ lžice a místo typu Macintosh, nově požaduje lžici laryngoskopu typu Miller.

Zadavatel **nově stanovil (vymezil)** technické podmínky pro **dotčené parametry** (stanovené technické podmínky) **požadovaného přístroje** následujícím způsobem:

Lžice laryngoskopu velikosti 0, typ Miller, s možností vyššího stupně desinfekce	ANO
--	-----

- 2) **Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - příloha č. 1 návrhu smlouvy, zohledňující výše uvedené upřesnění/ doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 5. 6. 2024 do 10:00 hod. se prodlužuje do 12.6. 2024 do 10:00 hod.

4) Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 29.5.2024