

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Video-laryngoskop s příslušenstvím

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 6.6.2024 byla zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dobrý den,

přijme zadavatel nabídku a zařízení s rozlišením obrazovky 1280x800p? Požadované rozlišení je 1920x1200p.

Na základě výše uvedeného dotazu se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpověď:

1) Dotaz č. 1:

Dobrý den,

přijme zadavatel nabídku a zařízení s rozlišením obrazovky 1280x800p? Požadované rozlišení je 1920x1200p.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původním požadavku rozlišení monitoru, tj. 1920x1200p.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Jana Sadílková
manažerka veřejných zakázek