

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Rentgenový fantom pro Kliniku radiologie a nukleární medicíny LF MU

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 10.6.2024 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

Technické podmínky – v technických podmínkách je uveden parametr "výška 155 - 160 cm, váha 45-50 kg (snadná manipulace s fantomem)". Námi nabízený model má však výšku cca 165 cm, proto bych se chtěl zeptat, zda je pro vás tato výška akceptovatelná?

Na základě výše uvedeného dotazu se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpověď:

1) Dotaz č. 1:

Technické podmínky – v technických podmínkách je uveden parametr "výška 155 - 160 cm, váha 45-50 kg (snadná manipulace s fantomem)". Námi nabízený model má však výšku cca 165 cm, proto bych se chtěl zeptat, zda je pro vás tato výška akceptovatelná?

Odpověď zadavatele:

Technické podmínky – v technických podmínkách je uveden parametr "výška 155–160 cm, váha 45-50 kg (snadná manipulace s fantomem)". Zadavatel informuje, že došlo k úpravě zmíněných technických parametrů. Správná výška by měla být v rozsahu 155–170 cm. Model s výškou cca 165 cm splňuje technickou podmínku.

V návaznosti na výše uvedené se zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

model celého těla v životní velikosti	výška 155 - 170 cm, váha 45-50 kg (snadná manipulace s fantomem)
---------------------------------------	--

- 2) Zadavatel jako přílohu tohoto dokumentu o vysvětlení, změně, doplnění zadávací dokumentace přikládá upravený (nový) dokument „Technické podmínky a „Technická specifikace nabízeného plnění“ - přílohy č.1 návrhu smlouvy zohledňující výše uvedené upřesnění/doplnění zadavatele.**

Účastník pro zpracování nabídky použije tyto výše uvedené upravené (nové) dokumenty.

- 3) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky.

Původní lhůta pro podání nabídek, tj. do 20. 6. 2024 do 12:00 hod. se prodlužuje do 24. 6. 2024 do 12:00 hod.

- 4) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění - přílohy č. 1 návrhu smlouvy - ze dne 10.6.2024