

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

CO2 inkubátor pro Biologický ústav LF MU – výzkumná skupina Lenky Bešše

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 18. 6. 2024 v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Dotaz č. 1:

*Dobrý den,
v technickém zadání je požadavek na umístění CO2 inkubátoru na stávající přístroj MCO-170AICD-PE. Miníte tím přímé postavení jednoho přístroje na druhý nebo bude druhý přístroj umístěn v distančním stojanu? Umístění 2 přístrojů na sobě z důvodu přenosu tepla výrobci nedoporučují.
Předem děkuji za odpověď.*

Odpověď zadavatele:

Naším požadavkem je, aby bylo možné přístroje libovolně na sebe postavit, a to jak ve smyslu umístění stávajícího přístroje nahoře nebo dole (jde nám o úsporu místa), tak i ve smyslu zajištění stability přístrojů. Pokud je to zapotřebí, použijí se dodané adaptéry, aby nemohlo dojít k převrácení přístrojů.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Mgr. Rostislav Gnida
manažer veřejných zakázek