

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

## Laminární box pro Biologický ústav LF MU – výzkumná skupina Lenky Bešše

### Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 18. 6. 2024 v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

#### 1) Dotaz č. 1:

*Dobrý den,*

*rádi bychom se účastnili veřejné zakázky na laminární box. Proto bychom se chtěli zeptat, zda budete akceptovat vnitřní výšku boxu 660 mm (požadováno 730) a pevně uchycenou UV lampu (požadováno vyjmutelná)?*

#### Odpověď zadavatele:

Ano, vnitřní výšku boxu 660 mm akceptujeme.

Co se týče UV lampy, naše požadavky jsou následující: lampa má být pevně uchycena uvnitř laminárního boxu, aby nebylo nutné ji při každém vysvícení do boxu vkládat a následně vyndávat. Zároveň je pro nás důležité, aby byla možná snadná výměna lampy, ideálně svépomocí.

Přílohou poskytujeme upravené technické podmínky.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.  
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu  
Mgr. Rostislav Gnida  
manažer veřejných zakázek