

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Laminární boxy pro LF MU 2024

část č. 2 VZ: Laminární boxy pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku LF MU

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 1. 7. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Dotaz č. 1:

Rádi bychom se účastnili veřejné zakázky na dodání 2ks laminárních boxů pro Interní hematologickou a onkologickou kliniku LF MU. Jediný parametr, který nesplňujeme, je požadavek na UV lampu na magnetickém panelu. Proto bychom se rádi zeptali.

Bude prosím akceptovaná nabídka s pevně zabudovanou UV lampou?

Odpověď zadavatele:

Ano, budeme akceptovat i lampu neodnímatelnou napevno umístěnou.

Přílohou poskytujeme upravené technické podmínky.

Zadavatel obdržel dne 3. 7. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

2) Dotaz č. 1:

Rádi bychom vás tímto požádali o odpověď na náš dotaz a poskytnutí dodatečné informace.

Z důvodu celozávodní dovolené našeho výrobce po celý srpen, vás tímto prosíme o možnost úpravy článku 5.2 kupní smlouvy a prodloužení dodací lhůty na 90 dnů ode dne zveřejnění Smlouvy v Registru smluv.

Děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Lhůta plnění stanovená v čl. 5.2 návrhu kupní smlouvy se prodlužuje na 90 dnů. Obdobně se upravuje čl. 3.2 zadávací dokumentace (termín plnění): „Lhůta pro plnění veřejné zakázky: nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti smlouvy.“

Přílohou poskytujeme upravené obchodní podmínky a zadávací dokumentaci.

Dotaz č. 2:

Rádi bychom vás tímto požádali o odpověď na náš další dotaz a poskytnutí dodatečné informace.

V ZD se v některých bodech odvoláváte na článek 7.4 návrhu Smlouvy v příloze A zadávací dokumentace. Při prostudování této smlouvy, jsme zjistili, že tento článek není ve smlouvě uveden. Smlouva v bodě 7 končí článkem 7.3

Smíme vás požádat o její revizi?

Děkujeme za vaši odpověď.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o chybu v psaní, správně jde o čl. 7.3 návrhu smlouvy týkající se garance dostupnosti náhradních dílů.

Přílohou poskytujeme upravenou zadávací dokumentaci.

- 3) Zadavatel přikládá upravené dokumenty dle textu výše, které účastník použije pro zpracování nabídky.
- 4) Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje **do 18. 7. 2024 do 13 hodin.**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Mgr. Rostislav Gnida
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) 1.3.1. Techn. podm a Techn. spec. nab. plnění_upraveno 4-7-2024
- 2) 1.2 Příloha A - Smluvní vzor (návrh smlouvy)_upraveno 4-7-2024
- 3) 1.1 Zadávací dokumentace_upraveno 4-7-2024
- 4) 1.4 Formulář nabídky_upraveno 4-7-2024