

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Systém pro přípravu ultračisté vody pro Biochemický a Farmakologický ústav LF MU – opakované řízení

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 16.7.2024 byly zadavateli v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručeny žádosti dodavatelů o vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace, následujícího znění:

- 1) *Je k systému pro výrobu ultračisté vody požadována zásobní nádrž? Pokud ano, v jakém objemu?*

Na základě výše uvedeného dotazu se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpověď:

1) Dotaz č. 1:

Je k systému pro výrobu ultračisté vody požadována zásobní nádrž? Pokud ano, v jakém objemu?

Odpověď zadavatele:

Ne, zásobní nádrž není vyžadována, pokud budou dodrženy ostatní parametry (Průtok, Produkce ultračisté vody za den).

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška