

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Laminární boxy pro LF MU 2024

část č. 1 VZ: Laminární box pro sterilní práci s buněčnými kulturami a tkáňovými kulturami pro Biologický ústav LF MU - výzkumná skupina Pavla Krejčího

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 17. 7. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadavatel na tyto dotazy reagoval dokumentem Vysvětlením, změnou, doplněním zadávací dokumentace č. 1 ze dne 17.7.2024. V návaznosti na tento dokument se zadavatel rozhodl upravit svoje původní odpovědi následujícím způsobem.

1) Dotaz č. 1:

Je možné nabídnout laminární box s pevně upevněnou UV lampou, pokud je zajištěna snadná dostupnost na případnou výměnu UV zářivky?

Odpověď zadavatele:

Ano, je možné nabídnout laminární box s pevně upevněnou UV lampou se snadnou přístupností pro výměnu UV zářivky.

V návaznosti na výše uvedené se zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

UV lampa s časovačem: vyjímatelná na magnetickém panelu nebo pevně upevněná se snadnou přístupností pro výměnu UV zářivky.	ANO
--	-----

2) Dotaz č. 2:

Je možné nabídnout laminární box s max. osvětlením 1700 lux? Dle hygienické normy se používá 1000 - 1300 lux. Požadovaných min. 2 000 lux se používá např. při chirurgických operacích, či hodinářství.

Odpověď zadavatele:

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

intenzita vestavěného osvětlení	minimálně 1200 lux
--	---------------------------

3) Dotaz č. 3:

Je pro vás přípustné nabídnutí boxu s laminárním prouděním biohazard třída 2, který má u požadovaného parametru - vnitřní rozměry pracovního prostoru – šířka namísto požadovaného 1200 mm rozměr 1192 mm? Domníváme se, že rozdíl 8 mm by neměl hrát roli.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se rozhodl vyhovět žádosti dodavatele a upravit požadavek na vnitřní šířku pracovního prostoru na min. 1100 mm.

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

vnitřní rozměry pracovního prostoru	jednotlivé rozměry minimálně: výška min. 700 mm hloubka min. 480 mm šířka min. 1100 mm
--	---

4) Dotaz č. 4:

je přípustné nabídnutí boxu, který má dle normy EN 12469, dle které je i certifikován splňující a dostačující intenzitu vestavěného osvětlení více než 1200 lux a hlučnost do 54 dB?

Odpověď zadavatele:

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

intenzita vestavěného osvětlení	minimálně 1200 lux
hlučnost podle normy EN 12469	maximálně 54 dB

5) Zadavatel přikládá upravené dokumenty dle textu výše, které účastník použije pro zpracování nabídky.

6) Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje **do 5. 8. 2024 do 13 hodin.**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) 1.3.1. Techn. podm a Techn. spec. nab. Plnění – ze dne 18.7.2024