



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Dodávka GMP izolátorů s příslušenstvím
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007329>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 19. 7. 2024 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„1) Zadavatel v předloze Kupní smlouvy v bodě II.2)a) požaduje – Prodávající odevzdá věci Kupujícímu – nejpozději do 3 týdnů od předchozí písemné výzvy kupujícího, a to v předpokládaném termínu 02/2025 – 05/2025 dle stavební připravenosti místa.

S ohledem na komplexnost výroby izolátorů není technicky možné dodržet nejednoznačný termín dodání v rozptylu 3 měsíců. Vzhledem k tomu, že nelze předpokládat konkrétní datum rozhodnutí o výběru dodavatele, uchazeč žádá o standardní navázání termínu dodání k datu podpisu smlouvy. Uchazeč navrhuje termín dodání min. 7 měsíců od data podpisu Kupní smlouvy.

2) Zadavatel v bodě Q02 Zadávací dokumentace požaduje - Doprava a nastěhování na místo, instalace ve stanovených ČP.

Uchazeč požaduje poskytnout layout budovy, aby bylo možné určit stěhovací trasu a propočítat ekonomické a technické možnosti tohoto bodu.

3) Zadavatel v bodě P11 Zadávací dokumentace požaduje - Zadní panel umožňující servisní přístup.

Uchazeč by rád upozornil na skutečnost, že je izolátor umístěn u zdi a proto je nutné s tímto počítat i při konstrukci ČP a mít k dispozici např. demontovatelný servisní panel pro zajištění přístupu k servisnímu panelu izolátoru, který je umístěný na straně přiléhající ke zdi.

Uchazeč prosí o potvrzení, že bude takto připraveno v rámci konstrukce ČP.



4) Zadavatel v bodě P80 Zadávací dokumentace požaduje - Připojení izolátoru na rozvod tlakového vzduchu nebo vlastní zdroj bez potřeby vnějšího média.

Uchazeč upozorňuje, že pro správnou funkčnost izolátoru je potřeba připojení vzduchu o parametrech - 6bar, 50m³/h, kvalita dle ISO8573-1 (2-3-1).

Uchazeč prosí o potvrzení uvedeného požadavku.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v zákonné lhůtě odpovídá na jednotlivé dotazy tazatele:

- Ad 1) Zadavatel je ohledně termínu dodávky a instalace předmětu veřejné zakázky omezen průběhem stavebních prací v rámci rekonstrukce pavilonu C03. Zadavatel proto nemůže více než půl roku dopředu určit přesné datum dodání, kdy bude zajištěna stavební připravenost pro instalaci izolátorů, nebo ponechat termín dodání zcela na dodavateli, jak tazatel navrhuje. Uvedením např. „min. 7 měsíců od účinnosti smlouvy“ by zadavatel neměl jistotu, že předmět veřejné zakázky bude dodavatelem dodán v době potřebné pro instalaci zařízení do stavby a tím by došlo k nijak nepredikovatelným průtahům ve stavbě samotné. Nebylo by zřejmé, zda dodavatel předmět smlouvy dodá za 7, či třeba 12 měsíců od účinnosti smlouvy.

Zadavatel proto ponechává stávající znění textace smlouvy ohledně termínu dodání předmětu smlouvy.

Zadavatel pro úplnost dodává, že je i v jeho zájmu provést výběr dodavatele co nejdříve po konci lhůty k podání nabídek, aby byl zajištěn dostatek času pro řádné splnění závazků dodavatele ze smlouvy a omezeno riziko budoucích průtahů celé rekonstrukce pavilonu C03.

- Ad 2) Zadavatel ohledně layoutu budovy pavilonu C03 odkazuje tazatele na dřívější veřejnou zakázku na Technický dozor investora – Úpravy pavilonu C03 v Univerzitním kampusu Bohunice, v rámci které byla uveřejněna pracovní verze projektová dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace je veřejně dostupná na adrese <https://zakazky.muni.cz/vz00006946> v sekci Zadávací dokumentace.

Pro zjednodušení zadavatel přikládá i výkresy s vyznačením stavebního výtahu zhotovitele stavby s nosností min. 2150 kg, který bude možné pro stěhování předmětu zakázky rovněž využít. Přesné rozměry stavebního výtahu v tuto chvíli neznáme. Ve výkresech fialovými obdélníky zjednodušeně vyznačena přibližná předpokládaná pozice izolátorů.

- Ad 3) Zadavatel potvrzuje, že v rámci konstrukce čistých prostor bude myšleno na funkční prostup zdí k servisnímu panelu na zadní straně izolátoru. Zadavatel předpokládá, že izolátory budou zadní stranou zabudovány přímo do stěny místnosti.

- Ad 4) Zadavatel potvrzuje, že trvá na stávajícím požadavku v bodě P80 a že pro případ, že izolátor nebude disponovat vlastním zdrojem bez potřeby vnějšího média, je schopen zajistit přívod vzduchu o parametrech 6 bar, 50 m³/h, kvalita dle ISO8573-1 (2-3-1).

Příloha: Výkresy s vyznačením stavebního výtahu

V Brně dne 23. 7. 2024

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek