

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

Identifikace veřejné zakázky

Název: Set rotační vakuová odparka a recirkulační chladič (10 ks)
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007197>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka **Altium International s.r.o., Na Jetelce 69/2, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 25791079**, (dále jen „účastník“) z účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce v souladu s § 48 odst. 2 písm. b) a § 48 odst. 4 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Odůvodnění:

I.

Dle čl. 1.5 **Zadávací dokumentace** Formulář nabídky

- a) Zadavatel přílohou zadávací dokumentace předkládá dodavatelům vzorový formulář nabídky obsahující předvyplněné požadavky zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém řízení.
- b) Splnění veškerých požadavků zadavatele, tj. požadavků na předmět veřejné zakázky, na kvalifikaci či na předložení údajů rozhodných pro hodnocení, prokáží dodavatelé předložením formuláře nabídky včetně příslušných příloh nebo jiných rovnocenných dokladů.

Dle čl. 2.1 **Zadávací dokumentace** Předmětem veřejné zakázky je dodávka 10 sad sestav rotační vakuové odparky s recirkulačním chladičem. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.

Účastníci řízení měli v nabídce uvést parametry zařízení nabízené dodavatelem. Zadavatel v rámci technických podmínek stanovil: „Dodavatel uvede ANO/NE a doplní požadované informace. Pokud dodavatel doplní do Minimálních požadovaných technických parametrů NE, je to důvod pro vyloučení uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. Dodavatel je povinen přiložit k této technické specifikaci i svou vlastní technickou specifikaci či svůj vlastní popis zařízení.“

II.

V předložené nabídce zadavatel shledal při přezkumu následující nejasnosti, které požadoval po účastníkovi zadávacího řízení objasnit:

1. V rámci **minimálních technických parametrů** zadavatel požadoval, aby zařízení splňovalo technický parametr:

Set obsahuje chemicky odolnou PTFE membránovou vývěvu s dosažitelným mezním vakuem ≤ 5 mbar.

Dodavatel měl uvést v technické specifikaci odpověď ANO/ NE, technické řešení a mezní hodnotu vakua.

Účastník uvedl ve své nabídce u technického parametru informaci: „ANO, Maximální vakuum: 5 mbar“. Zadavatel žádá o doplnění technického řešení.

2. V rámci **minimálních technických parametrů** zadavatel požadoval, aby zařízení splňovalo technický parametr:

Set obsahuje topnou lázeň z nerezů s objemem ≤ 5 L a s regulací teplot v rozmezí minimálně 20–220 °C.

Dodavatel měl uvést v technické specifikaci odpověď ANO/ NE, skutečnou hodnotu a technické řešení.

Účastník uvedl ve své nabídce u technického parametru informaci: „ANO, Objem topné lázně 5 L. Okolní teplota – 230 °C“. Zadavatel žádá o doplnění technického řešení.

3. V rámci **minimálních technických parametrů** zadavatel požadoval, aby zařízení splňovalo technický parametr:

Kompatibilita setu s rotačními vakuovými odparkami Büchi R-210 a R-215 a membránovými vývěvami Büchi V700/710.

Dodavatel měl uvést v technické specifikaci odpověď ANO/ NE a technické řešení.

Účastník uvedl ve své nabídce u technického parametru informaci: „ANO. Jednotlivé části (rotační vakuová odparka, membránová vývěva a cirkulační chladiče jsou samostatné přístroje libovolně propojitelné“.

Zadavatel kompatibilitou setu s rotačními vakuovými odparkami Büchi R-210 a R-215 a membránovými vývěvami V700/V710, uvedenou jako jeden z minimálních požadovaných technických parametrů, požaduje, aby účastníkem nabízená odparka EV400-V a kontroler LV6010 byly přímo zapojitelné do membránových vývěv Büchi V700/V710 a komunikovaly s nimi; a zároveň, aby účastníkem nabízená vývěva VP20 Plus a její kontroler byly přímo zapojitelné do vakuových odparek Büchi R-210 a R-215 a komunikovaly s nimi.

Zadavatel požaduje potvrzení kompatibility.

4. Zadavatel před zahájením veřejné zakázky provedl průzkum trhu a na základě jeho výsledků stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši **3 679 338 Kč** bez DPH. Účastník nabídl za splnění předmětu veřejné zakázky celkovou nabídkovou cenu ve výši **2 117 730 Kč** bez DPH, což činí **57,55 %** ze stanovené předpokládané hodnoty veřejné zakázky, přičemž další účastník řízení stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši **3 396 300 Kč** bez DPH.

Zadavatel požaduje, aby účastník potvrdil, že:

- Při plnění veřejné zakázky zajistí dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k předmětu veřejné zakázky, jakož i pracovněprávních předpisů a kolektivních smluv vztahujících se na zaměstnance, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, a
- Neobdržel neoprávněnou veřejnou podporu.

Účastník může mimořádně nízkou nabídkovou cenu odůvodnit zejména (nikoliv však výlučně) prostřednictvím:

- Ekonomických aspektů výrobního procesu, poskytovaných služeb nebo konstrukčních metod,

- b) Použitých technických řešení nebo výjimečně příznivých podmínek, které má účastník zadávacího řízení k dispozici pro plnění veřejné zakázky, nebo
- c) Originality dodávek nebo služeb.

Účastník případně uvede další konkrétní objektivní skutečnosti zdůvodňující jím nabízenou nabídkovou cenu.

III.

Zadavatel dne 7.6.2024 požádal účastníka o objasnění nabídky a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny.

Pro doručení odpovědi zadavatel stanovil lhůtu 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti přes elektronický nástroj E-ZAK, přičemž rozhodné datum je: doručení prostřednictvím elektronického nástroje je okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

Účastník ve stanovené lhůtě 3 pracovních dnů nedoručil zadavateli žádnou odpověď ani nepožádal o prodloužení lhůty. Proto se zadavatel dne 14.6.2024 účastníka písemně dotázal, zda a kdy bude na dotaz reagovat. Dne 17.6.2024 účastník zadavateli doručil odpověď: „Děkujeme Vám za zaslání Vašeho dotazu. Na žádost však odpovídat nebudeme.“

IV.

Na základě žádosti zadavatele podle § 46 ZZVZ nebyly údaje účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny. Účastník zadávacího řízení na písemnou žádost zadavatele dle § 113 odst. 4 ZZVZ nezdůvodnil mimořádně nízkou nabídkovou cenu.

S ohledem na výše uvedené zadavatel rozhodl o vyřazení nabídky účastníka z dalšího přezkumu a následně rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan
(podepsáno elektronicky)