

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Laminární box pro Biologický ústav LF MU - výzkumná skupina Zdeňka Andrysíka

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 24. 7. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Dotaz č. 1:

Požadujete pipety s vysokou chemickou odolností, spodní část pipety musí být odolná vůči různým typům chemikálií. Můžete prosím uvést příklad chemikálií, kterým by pipeta měla odolávat?

Odpověď zadavatele:

Dle obsahu vzneseného dotazu se dotaz nevztahuje k dotčenému zadávacímu řízení

2) Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje stojan pod box se zajištěním ergonomické výšky pracovní plochy boxu. Prosíme o upřesnění, zda zadavatel požaduje stojan pro práci v sedě či ve stoje.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel požaduje stojan pro práci v sedě.

3) Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje pracovní plochu neperforovanou. Prosíme o upřesnění, zda zadavatel bude akceptovat dělenou pracovní plochu s drobnou perforací pouze u bočních stěn. Perforace u stěn jsou nutné z důvodu správné laminarity proudění vzduchu v pracovním prostoru. Dělená pracovní plocha umožňuje velmi snadné vyjmutí desky díl po dílu (jak je požadováno v dalším bodě). Jen se chceme ujistit, že toto řešení bude akceptováno.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se rozhodl vyhovět žádosti dodavatele a upřesnit požadavek na perforaci pracovní plochy.

Pro zadavatele je důležité, aby celá pracovní plocha nebyla děrovaná/ perforovaná kvůli bezproblémovému čištění, pro případ vylití a znečištění.

Pracovní plocha může být drobně perforovaná pouze u bočních stěn.

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) požadovaného přístroje následujícím způsobem:**

pracovní plocha neperforována, drobná perforace pracovní plochy je možná pouze u bočních stěn pro zajištění správné laminarity	ANO
--	-----

- 4) Zadavatel přikládá upravené dokumenty dle textu výše, které účastník použije pro zpracování nabídky.
- 5) Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 12. 8. 2024 do 13:00.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) 1.3.1. Techn. podm a Techn. spec. nab. Plnění – ze dne 25.7.2024