

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Laminární box pro Biologický ústav LF MU - výzkumná skupina Zdeňka Andrysíka

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 31. 7. 2024 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje, aby součástí plnění byly validace po dobu záruky zdarma. Doporučuje se provést validaci po instalaci a pak každoročně. V případě záruky 24 měsíců jsou nejběžnější tato 2 validační schémata: - 3 validace: 1x po instalaci, 1x poslední den prvního roku životnosti, 1x poslední den druhého roku životnosti (poslední den záruční doby). - 2 validace: 1x po instalaci (první den prvního roku životnosti), 1x první den druhého roku životnosti, čili další validace by proběhla první den třetího roku životnosti - již mimo záruční dobu - již by nebylo součástí této zakázky. Každá instituce však může mít své vlastní předpisy (bezpečnost práce s biohazardním/infekčním materiálem), kterými se doba a četnost validací řídí. Prosíme proto o upřesnění - kdy se mají validace provádět? - s jakou frekvencí se mají validace provádět (a zároveň jakým způsobem se má počítat interval)?

Odpověď zadavatele:

Součástí předmětu plnění dle čl. 2.2. písm. b) návrhu smlouvy je provedení instalace, ověření funkčnosti Zboží a uvedení Zboží do provozu.

Dále dle čl. 2.2. písm. e) návrhu Smlouvy se validace po dobu trvání záruční lhůty provádí pouze v případě, že provedení validace vyžaduje výrobce nebo právní předpisy ČR nebo jimi Prodávající podmiňuje platnost záruky. Pokud jeden z těchto institutů provedení validace vyžaduje, řídí se požadavky na provedení validace včetně jejich četnosti touto danou normou/ podmínkou. Nad rámec těchto ustanovení zadavatel nevyžaduje žádné další provedení validací.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek