

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Dodávka micro CT
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007386>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 13. 9. 2024 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Zadavatel v nabídce v bodě 1.1 požaduje, aby detektor DXR (digitální rentgenový detektor) měl minimální počet pixelů 3072x2400 (celkový počet pixelů pro požadovaný detektor = 7 372 800) a minimální velikost bodu 100 mikrometrů, aby byl v minimálním přepočtu 14 bitů (16 384 odstínů šedi). Uchazeč nemá tento typ 14bitového detektoru ve své nabídce, protože se jedná o starší technologii než v současnosti nabízená 16bitová technologie (tato technologie poskytuje 65 536 odstínů šedi). Nová verze detektoru má počet pixelů rovný 3008 x 2496, což dává celkem 7 507 968 pixelů, což umožňuje mnohem lepší analýzu snímků získaných při počítačové tomografii a 16bitový detektor je rychlejší při sběru dat z tomografu. Umožňuje zadavatel, aby byl tomograf vybaven 16bitovým detektorem a počtem pixelů 3008x2496?“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v zákonné lhůtě odpovídá na jednotlivé dotazy tazatele:

Zadavatelem v Technické specifikace, která je součástí zadávací dokumentace, stanovil, že: „V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.“ Zadavatel dále stanovil, že detektor má mít „počet pixelů minimálně 3072 x 2400“ a „A/D konverze min 14bit (16.384 stupňů šedi)“. Zadavatel tak stanovil minimální přípustné požadavky a účastníci jsou oprávněni nabídnout vyšší než zadavatelem požadovaný standard.

Tazatelem uvedené parametry tak vyhovují zadávacím podmínkám, když splňují jak zadavatelem stanovený minimální počet pixelů, tak i minimální hloubku barev – alespoň 14 bit, tedy min. 16 384 stupňů šedi.



Tímto vysvětlením zadávací dokumentace se zadávací podmínky nemění.

V Brně dne 16. 9. 2024

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek