

Technická specifikace

Zdravotnické trenažéry

Tato veřejná zakázka je rozdělena na tři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 3 VZ:

3.1 Simulátor auskultace plic

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- Auskultační simulátor ve tvaru mužského torza s relevantními anatomickými orientačními body, určený pro nácvik poslechového vyšetření plicních ozev a šelestů.
- simuluje min. 35 rozličných poslechových nálezů na plicích a dýchacích cestách (normální i patologické);
- simuluje fyziologický nález, rozličné typy lokálních změn (např. adheze, pneumotorax), rozličné typy chropů, třaskání, pískání, stridor, třecí šelest..
- k jednotlivým poslechovým nálezům k dispozici RTG, CT a bronchoskopická dokumentace;
- simulátor vybaven min. 15 vestavěnými reproduktory – auskultace reálným fonendoskopem na přední (min. 7 lokalit) i zadní (min. 8 lokalit) straně torza;
- součástí ovládací počítač adekvátních parametrů s monitorem a ovládacím softwarem simulátoru;
- možnost lokalizace ovládacího software do češtiny;
- součástí zesilovač a reproduktory pro hlasitý odposlech;
- možnost dálkového ovládní;
- samonosná mobilní konstrukce / konzole / stolek;
- vysoká věrnost reprodukováných zvuků.