

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Systém pro chemiluminiscenční dokumentaci**
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007411>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita – Fakulta sportovních studií**
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: PhDr. Jan Cacek, Ph. D. – děkan Fakulty sportovních studií

1. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 30. 9. 2024 následující dotaz v rámci žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zadavatel v technické specifikace uvádí F menší než 0,8 z důvodu vysoké citlivosti, kontrastu a rychlosti snímání i při slabém signálu. Bude zadavatel akceptovat clonové číslo hodnoty F/0.8?

Odpověď zadavatele:

Ano, zadavatel připouští i uvedené technické řešení. Nově tedy technický parametr zní:

Světelnost objektivu/clonové číslo	F menší nebo rovno 0,8 z důvodu vysoké citlivosti, kontrastu a rychlosti snímání i při slabém signálu
------------------------------------	---

2. ZMĚNA V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Vzhledem k úpravě technické specifikace zadavatel přikládá k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace upravenou přílohu ZD s označením:

„04_FSpS_Dokumentacni system_Technická specifikace_final_uprava240930“

Dodavatelé jsou povinni respektovat a do nabídky vyplnit a předložit výše uvedenou upravenou technickou specifikaci.

3. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel rozhodl v souladu s článkem 5.4.5 Pravidel pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek OP JAK a vzhledem k povaze odpovědi na doručenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace **o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od uveřejnění tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku, tj. lhůtu pro podání nabídek prodlužuje do 16. 10. 2024 do 10:00 hod.**