

Technická specifikace

Přístroj pro elektroterapii 2 (MUNI 3.2.1)

Tato veřejná zakázka není rozdělena na části. Účastník musí splnit všechny požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

1 Přístroj pro elektroterapii

Počet kusů: 1

Požadovaná specifikace:

- minimálně 2-kanálový přístroj pro elektroterapii;
- barevný minimálně 7" dotykový displej;
- min. proudy: TENS (symetrický, asymetrický), Interferenční (2- a 4-pólová), Isoplanární vektorové pole, Dipólový vektor, VMS (pro elektrogymnastiku), Vysokonapěťový, DD proudy, Monofázický obdélníkový a trojúhelníkový, Galvanický, Trabert, Ruský, HAN stimulace, mikroproud, modulované vlny;
- přednastavené programy podle části těla;
- volné pozice pro vlastní programy;
- ovládání v češtině;
- databáze pacientů;
- anatomická obrázková knihovna;
- grafické znázornění umístění elektrod pro každý program;
- možnost aktualizace softwaru pomocí USB;
- madlo pro snadný přenos přístroje;
- integrovaná baterie;
- dodávka včetně pojízdného stolku se šuplíky k uchycení přístroje;

- Požadované náhradní příslušenství:
 - min. 30 sad samolepících čtvercových elektrod velikosti 5 x 5 cm;
 - min. 30 sad samolepících obdélníkových elektrod velikosti 5 x 9 cm.