

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

### Identifikace veřejné zakázky

**Název:** Elektrofyziologické přístroje – část 1  
**Druh veřejné zakázky:** Dodávky  
**Druh řízení:** Zjednodušené podlimitní řízení  
**Adresa veřejné zakázky:** <https://zakazky.muni.cz/vz00007309>

### Identifikační údaje zadavatele

**Název:** Masarykova univerzita – Lékařská fakulta  
**Sídlo:** Kamenice 753/5, 625 00 Brno  
**IČ:** 00216224  
**Zastoupen:** prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

### 1. ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel obdržel dne 8. a 10. 10. 2024 následující dotazy v rámci žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek:

*Dotaz č. 1:*

*Ke specifikaci položky č. 1: Antivibrační stůl s Faradayovou klecí a stojanem s policemi na přístroje. Poslední uvedenou nezbytnou specifikací je „Bezpečnost – značení CE“. Námi nabízený antivibrační stůl má pouze RoHS certifikát. Bylo by možné nabídnout tento stůl vzhledem k tomu, že na trhu nevidujeme žádný jiný antivibrační stůl s CE certifikací?*

**Odpověď zadavatele:**

**Ano. Zadavatel nově v technické specifikaci veřejné zakázky nepožaduje technický parametr – „Bezpečnost – značení CE“. Z technické specifikace byl odstraněn.**

*Dotaz č. 2:*

*Ke specifikaci položky č. 4: Vyhříváná in-line perfúze s mikromanipulátorem, vyhřívanou a perfundovanou měřicí komůrkou a regulátorem teploty. Součástí tohoto systému má být i duální regulátor o hmotnosti nepřesahující 5 kg (specifikace 9). Námi nabízený regulátor splňuje všechny zmíněné specifikace s výjimkou hmotnosti, kde dodavatel uvádí hmotnost 5,4 kg. Bylo by možné nabídnout perfuzní systém s takovýmto regulátorem?*

**Odpověď zadavatele:**

**Ano.**

**Zadavatel mění výše uvedený technický parametr následovně:**

Duální regulátor teploty: váha - max. 6 kg	Ano + udat hodnotu
--	--------------------

Dotaz č. 3:

Stojan: rozměry (šířka min. 55 - max. 65 cm x hloubka min. 55 - max. 65 cm x výška min. 180 - max. 210 cm)  
Připustí zadavatel větší hloubku? 80cm. Vejde se tam uživateli více příslušenství a více pracovního prostoru.

**Odpověď zadavatele:**

**Ne. Zadavatel trvá na požadavcích uvedených v technické specifikaci.**

Dotaz č. 4:

Peristaltická pumpa - Maximální váha 3 kg  
Připustí zadavatel hmotnost o málo vyšší? 5kg?

**Odpověď zadavatele:**

**Ano. Zadavatel mění výše uvedený technický parametr následovně:**

Maximální váha 5 kg	Ano + udat hodnotu
---------------------	--------------------

## 2. ZMĚNA V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Vzhledem k úpravám technické specifikace zadavatel přikládá k tomuto vysvětlení zadávací dokumentace upravené přílohy ZD s označením:

- upravená technická specifikace v ČJ:

„04\_Elektrofyzilogie cast 1\_ Technicka specifikace\_FINAL\_rev“

- upravená technická specifikace v AJ:

„04\_Electrophysiology\_part 1\_Technical specification\_FINAL\_revision“

Dodavatelé jsou povinni respektovat výše uvedené upravené přílohy ZD a do nabídky vyplnit a předložit upravenou technickou specifikaci.

## 3. LHŮTA PRO PODÁVÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ rozhodl vzhledem k povaze odpovědí na doručené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace a vzhledem ke úpravám technické specifikace o prodloužení lhůty pro podání nabídek tak, aby od odeslání tohoto vysvětlení činila nejméně celou svou původní délku.

**Zadavatel tedy prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 30. 10. 2024 do 10:00 hod.**