

Podlimitní veřejná zakázka zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení

Stomatologické soupravy pro klinickou výuku studentů pro LF MU – rámcová dohoda 2024–2025 (opakované řízení)

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 a § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 24. 10. 2024 v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Dotaz č. 1:

Reaguji na "vysvětlení" ze dne 24.10.2024 pod č.j. Č. j. MU-ZAK/281620/2024/2532590/LF-8. Bohužel musím konstatovat, že Vaše vysvětlení nic nevysvětluje a musím trvat na svém původním dotazu, který dle mého názoru nebyl řádně vysvětlen, resp. Vaše odpověď není řádně zdůvodněna.

V prvé řadě mluvíte o tom, že nejsou možné jakékoliv stavební zásahy, což vůbec nijak nesouvisí s mým dotazem. Rozdíl mezi samostatně stojícím křeslem a křeslem spojeným s tělem unitu nemá se stavební připraveností vůbec žádnou souvislost. Rovněž pohyb více osob kolem křesla nijak nevysvětluje výhodu samostatně stojícího křesla. Naopak, křeslo spojené s jednotkou bude prostorově úspornější. A v neposlední řadě případně zájemce jste tímto požadavkem naopak omezili, resp. bezdůvodně zúžili výběr možných křesel. Při instalaci není možné ani samostatně stojící křeslo umístit libovolně, protože pacient musí mít přístup k plivátku, které je na těle unitu pevně dané. Takže informace o flexibilitě při instalaci je zavádějící a nepravdivá. Pokud jde skutečně o stísněné prostory, je možné definovat konkrétní rozměry a nikoliv předem vyřadit určitá technická řešení, která by mohla naopak být vhodnější.

Rovněž mi není jasné, proč by Vámi požadované řešení mělo být vhodnější pro "provozní potřeby zadavatele"? Pokud bude volně stojící křeslo přišroubované k podlaze, pak jeho pohyb vůči tělu jednotky není možný stejně jako u pevně spojeného.

Důrazně Vás tedy žádám, abyste svůj požadavek na toto řešení řádně zdůvodnili skutečnými potřebami zadavatele. V opačném případě se budu muset domnívat, že požadavek na samostatně stojící křeslo je výhradně z důvodu zúžení okruhu možných zájemců, což by nás nutilo k následným razantnějším postupům v této věci.

Odpověď zadavatele:

Stomatologická souprava bude umístěna v buňce výukového sálu s rozměry přibližně 2x3 metry (šířka prostoru pro křeslo a pohyb personálu je 2 m, hloubka 3 m), což je velmi omezený prostor, do kterého se musí vejít ošetřující lékař, asistent, studenti a samozřejmě i pacient. Klíčovým požadavkem pro efektivní a bezpečnou práci při výuce je možnost dostatečného pohybu všech osob kolem křesla ze všech stran.

Stavební připravenost prostoru je značně limitována. Z přiložených fotografií je zřejmé, že veškeré technické vývody, jako je přívod vody, vzduchu, elektřina a odpad, se nacházejí v těsné blízkosti pracovního stolu lékaře a vzhledem ke skutečnosti, že budova není ve vlastnictví zadavatele, jejich umístění nelze měnit. Z toho důvodu musí být nová stomatologická souprava kompatibilní se stávajícími vývody a optimálně využívat jejich polohu.

Naším cílem bylo umožnit, aby souprava zajistila volný pohyb personálu okolo křesla a pacient měl při ošetření dostatek prostoru, pohodlí a správnou ergonomii. Samostatně stojící křeslo poskytovalo zamýšlenou flexibilitu v rámci daných prostorových omezení.

Zadavatel však připouští i jiná technická řešení než samostatně stojící křeslo, pokud budou splňovat následující požadavky:

- Volný pohyb personálu kolem křesla: Souprava musí umožnit dostatečný prostor, aby se kolem křesla mohl pohybovat ošetřující personál a studenti bez omezení a bezpečně.
- Dostatek prostoru pro pacienta: Pacient musí mít dostatek místa včetně prostoru pro nohy, aby bylo dosaženo optimálního komfortu a ergonomie během ošetření.
- Křeslo musí být orientováno (pacient sedící na křesle) čelně ke stolku lékaře a svojí částí určené pro pacienta bylo co nejvíce umístěno na střed uvedeného prostoru buňky ve výukovém sálu

Při dodržení výše uvedených požadavků, není tedy nezbytné, aby křeslo bylo nezávislé na těle jednotky. V rámci zpracování technických podmínek, pak dodavatel popíše technické řešení nabízeného křesla a také jak bude instalováno, aby byly dodrženy veškeré požadavky nezbytné pro řádné zajištění výuky uvedené výše.

- 2) Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje tak, aby od odeslání změny zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku a zároveň o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny. Lhůta pro podávání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Mgr. Rostislav Gnida
manažer veřejných zakázek