

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Ultracentrifuga včetně rotorů
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Režim veřejné zakázky: Podlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007491>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 29. 10. 2024 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Vážený zadavateli,

v rámci zadávacího řízení s názvem „Ultracentrifuga včetně rotorů“ prosíme o vysvětlení zadávací dokumentace v rozsahu uvedeném níže:

Rádi bychom nabídli sálovou ultracentrifugu renomovaného výrobce těchto přístrojů.

[1] Akceptuje zadavatel nabídku přístroje o hmotnosti 485 kg a rozměrech (š × h × v) 94 × 69 × 126 cm. Přičemž výška přístroje bez monitoru je 90 cm?

[2] Domníváme se, že námi nabízená ultracentrifuga disponuje vysokou imbalanční odolností. Imbalanci resp. nevyváženost rotoru detekuje v průběhu roztáčení rotoru. Pokud je přitom překročena bezpečná mez nevyváženosti rotoru, ultracentrifuga začne automaticky brzdit rotor až do zastavení a uživatele na to upozorní zvukově i zobrazením diagnostické zprávy Imbalance. I když by byl rotor velmi nevyvážen, nedojde při roztáčení rotoru k poškození ultracentrifugy, protože k této detekci dochází při nízkých otáčkách. Akceptuje zadavatel nabízené řešení jako splnění požadavku vysoké imbalanční odolnosti?

Děkuji.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v zákonné lhůtě odpovídá na jednotlivé dotazy tazatele:

- Ad 1) V návaznosti na aktuálně řešené zvýšení nosnosti patra a rozvržení umístění plánovaných technologií zadavatel může vyhovět tazateli a navyšuje tímto přípustnou hmotnost přístroje na maximálně 550 kg a maximální rozměry přístroje na 1000 x 1250 x 700 mm (Š x V x H) (+/- 30 %). Přístroj o hmotnosti a rozměrech uvedených tazatelem tak bude zadavatelem akceptován.
- Ad 2) Zadavatel požaduje schopnost ultracentrifugy automaticky rozpoznat nevyváženost rotoru a disponovat vysokou imbalanční odolností. Tazatelem popisované řešení splňuje požadavky zadavatele, proto zadavatel bude takové řešení akceptovat.

S ohledem na provedené změny zadávacích podmínek zadavatel tímto prodlužuje lhůtu k podání nabídek do **19. 11. 2024 do 11.00 hod.**

Příloha: Aktualizovaná verze URS 2407 Příloha 1 – Ultracentrifuga (upravené parametry zvýrazněny tučným textem)

V Brně dne 1. 11. 2024

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek