

Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standardu

B

A

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

š x h x v mm

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

Legenda:

A

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

B

Název položky/podpoložky

C

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

š

Šířka - celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

h

Hloubka - celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

v

Výška - celkový výškový rozměr položky/podpoložky

obrázek

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

Název standardu

Číslo standa

Konstrukce

K2

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**900/1200/1400/1500/1800x545/695/845/
720/870 mm (Dle výkazu výměr)**

Varianty konstrukcí a jejich rozměry jsou uvedeny a blíže vyspecifikovány ve výkazu výměr:

- Konstrukce – podpěra tvaru C (K2)

Podpěra ukončující svařovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobena z ocelového profilu 30x50 mm, tl.min. 3mm. Pevnost podpěry zajištěna svařenou bočnicí. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím lakem.

Podpěra opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Podpěra není volně stojící.

Certifikace - viz. technická zpráva.

Vyobrazení:

