

16 x ZÁSUVKY 230V z toho min. 2 samostatně jištěné
x ZÁSUVKY 400V
4 x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ UPS
4 x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ Diesel
4 x DATOVÁ ZÁSUVKA
x ZP
x N2
x CDA
x AR
x CO2
x HE
x O2
x H2
x VAC
x DEM
x VPS
x VPT
x OS
x OCH
x Obio

LABORATORNÍ SESTAVA – NG61 – 405–3	
OZN.	KS

SKŘÍŇ ZÁVĚSNÁ OTEVŘENÁ	3
SKŘÍŇ ZÁVĚSNÁ OTEVŘENÁ	1
SKŘÍŇ ZÁVĚSNÁ	4
SKŘÍŇKA POJÍZDNÁ 1Z, 1D	1
SKŘÍŇKA POJÍZDNÁ 4Z	2
STŮL	1
STŮL	2

