

|  |
|--|
| 24 x ZÁSUVKY 230V z toho min. 4 samostatně jištěné |
| x ZÁSUVKY 400V                                     |
| x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ UPS                              |
| x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ Diesel                           |
| 4 x DATOVÁ ZÁSUVKA                                 |
| x ZP   |
| x N2   |
| x CDA  |
| x AR   |
| x CO2  |
| x HE   |
| x O2   |
| x H2   |
| x VAC  |
| x DEM  |
| 1 x VPS  |
| 1 x VPT  |
| 1 x OS   |
| 1 x OCH  |
| x Obio   |

|                        |    |
|------------------------|----|
| SESTAVA – NG62 – 205-6 |    |
| OZN.                   | KS |
| LABORATORNÍ DESKA      |    |
| 3                      |    |
| SPODNÍ SKŘÍŇKA         |    |
| 1                      |    |
| SKŘÍŇKA VÝLEVKOVÁ      |    |
| 1                      |    |
| SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D  |    |
| 2                      |    |
| SPODNÍ SKŘÍŇKA 4Z      |    |
| 2                      |    |
| VÝLEVKA LABORATORNÍ    |    |
| 1                      |    |

