

| | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| 4 | x ZÁSUVKY 230V z toho min. | samostatně jištěné |
| | x ZÁSUVKY 400V | |
| | x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ UPS | |
| | x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ Diesel | |
| | x DATOVÁ ZÁSUVKA | |
| | x ZP | |
| | x N2 | |
| | x CDA | |
| | x AR | |
| | x CO2 | |
| | x HE | |
| | x O2 | |
| | x H2 | |
| | x VAC | |
| | x DEM | |
| 2 | x VPS | |
| 2 | x VPT | |
| 1 | x OS | |
| 1 | x OCH | |
| | x Obio | |

| LABORATORNÍ SESTAVA – NG62-324/1 | |
|----------------------------------|----|
| OZN. | KS |

| | |
|-----------------------|---|
| MÉDIOVÝ PANEL | 1 |
| LABORATORNÍ DESKA | 1 |
| SKŘÍŇKA VÝLEVKOVÁ | 2 |
| SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D | 2 |
| DŘEZ LABORATORNÍ | 1 |
| VÝLEVKA LABORATORNÍ | 1 |

