

## Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standardu

**B**

**A**

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

**š x h x v mm**

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

*Legenda:*

**A**

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

**B**

Název položky/podpoložky

**C**

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

**š**

Šířka - celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

**h**

Hloubka - celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

**v**

Výška - celkový výškový rozměr položky/podpoložky

**obrázek**

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

**Stůl operační nerezový****N63**Rozměry: **šířka x hloubka x výška****Dle výkazu výměr**

**Varianty nerezových výrobků a jejich rozměry jsou uvedeny a blíže vyspecifikovány ve výkazu výměr:**

**- Stůl operační nerezový (N63)**

Pitevní stůl z nerezové oceli

- se zdvihem v rozsahu 300 mm, nebo stabilní
- snadná údržba díky zcela volnému povrchu bez baterií a jiných překážek
- velký dřez s přepadem a s integrovaným napouštěním vody pomocí pákové baterie
- dvě hadice s pákově ovládanými sprchovými růžicemi umístěné na obou bocích stolu
- filtr vestavěný v odpadu pro zachytávání tkání
- možnost dodávky a snadná instalace podpory pro tělo – máry
- stolek na orgány a nástroje s PTFE krájecí deskou jako volitelné příslušenství
- individuální řešení (změna rozměrů, bez dřezu apod.)

**Požadavky na stavební připravenost:**

- rovná podlaha pod montážním soklem - 1310 x 490
- v případě nového provedení podlah dodáme v předstihu montážní sokl, který se ukotví před realizací čisté podlahy
- odpad DN 100, ca. 100 mm nad podlahou
- teplá a studená voda – kulové ventily 1/2"
- elektrické napájení pro zdvih, nebo zásuvku (není standardní vybavení) – 230 V, jistič 16 A přes proudový chránič
- přívod el. napájení kdekoli v prostoru podstavy
- uzemnění

Ilustrační vyobrazení:

