

Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standard

B

A

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

š x h x v mm

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

Legenda:

A

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

B

Název položky/podpoložky

C

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

š

Šířka - celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

h

Hloubka - celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

v

Výška - celkový výškový rozměr položky/podpoložky

obrázek

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

Název standardu

Číslo standardu

Mycí a desinfekční automat

T28

Popis: Mycí a desinfekční automat

Vnější opláštění nerezové

Použití - Vhodné pro laboratoře

Kapacita:

Laboratorní lahve na šarži [počet] max:

130

Pipety na šarži [počet] min:

95

Údaje o výkonu:

Oběhové čerpadlo, Q max:

500 l/min

Nejkratší doba programu min:

20 min

Maximální teplota oplachu:

93 °C

Užitný objem mycího prostoru max.:

145 l

Elektrické připojení:

50HZ

3N ~400V,

Topný výkon v kW min:

8,5 kW

Celkový příkon v kW min:

9,3 kW

Jištění v A min:

16 A

Délka přívodního síťového kabelu min:

1,80 m

Vnější rozměry (š x hl x v) max:

600 x 600 x 850 mm

Vnitřní rozměry (š x hl x v) min:

530 x 520 x 520 mm

Mycí prostor, hloubka horního koše max:

475 mm

Hmotnost netto max:

80 kg

Přípojky na přítok a odtok:

Studená voda:

1 ks

Studená voda do kondenzátoru par:

1 ks

Teplá voda:

1 ks

DEMI voda:

1 ks

Potřebný průtokový tlak:

200-1.000 kPa

Max. výtlačná výška odpadního čerpadla:

100 cm

Max. tvrdost vody (studená/teplá voda):

10,700 mmol/l

Odtokové čerpadlo:

22 DN

Waterproofsystem (WPS)

