

|   |   |
|---|---|
| 8 | x ZÁSUVKY 230V z toho min. 1 samostatně jištěné |
|   | x ZÁSUVKY 400V                                  |
|   | x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ UPS                           |
|   | x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ Diesel                        |
| 4 | x DATOVÁ ZÁSUVKA                                |
|   | x ZP  |
|   | x N2  |
|   | x CDA   |
|   | x AR  |
|   | x CO2   |
|   | x HE  |
|   | x O2  |
|   | x H2  |
|   | x VAC   |
|   | x DEM   |
|   | x VPS   |
|   | x VPT   |
|   | x OS  |
|   | x OCH   |
|   | x Obio  |

|                        |    |
|------------------------|----|
| SESTAVA – NG61 – 132-3 |    |
| OZN.                   | KS |
| LABORATORNÍ DESKA      | 1  |
| SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D  | 2  |
| SPODNÍ SKŘÍŇKA 4Z      | 1  |

