

| |
|--|
| 32 x ZÁSUVKY 230V z toho min. 6 samostatně jištěné |
| x ZÁSUVKY 400V |
| 8 x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ UPS |
| x ZÁSUVKY JIŠTĚNÍ Diesel |
| 4 x DATOVÁ ZÁSUVKA |
| x ZP |
| 4 x N2 |
| x CDA |
| x AR |
| x CO2 |
| x HE |
| x O2 |
| x H2 |
| x VAC |
| x DEM |
| 1 x VPS |
| 1 x VPT |
| x OS |
| 1 x OCH |
| x Obio |

| LABORATORNÍ SESTAVA – NG62-513/1 | |
|-------------------------------------|----|
| OZN. | KS |

| | |
|-----------------------|---|
| MÉDIOVÝ PANEL | 2 |
| LABORATORNÍ DESKA | 2 |
| SKŘÍŇKA VÝLEVKOVÁ | 1 |
| SPODNÍ SKŘÍŇKA 1Z, 1D | 4 |
| SPODNÍ SKŘÍŇKA 4Z | 2 |
| VÝLEVKA | 1 |
| LABORATORNÍ | |

