

Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standardu

B

A

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

š x h x v mm

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

Legenda:

A

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

B

Název položky/podpoložky

C

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

š

Šířka - celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

h

Hloubka - celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

v

Výška - celkový výškový rozměr položky/podpoložky

obrázek

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

Rozměry: **šířka x hloubka x výška****900/1200/1400/1500/1800x545/695/845/
720/870 mm (Dle výkazu výměr)**

Varianty konstrukcí a jejich rozměry jsou uvedeny a blíže vyspecifikovány ve výkazu výměr:

- **Konstrukce – tvaru H (N03, N04, N12, N13, N14, N16, N17, N25, N29, N39, N41, N42, N45, N48, N54, N55, N65, N66, N72, N74, N75, N99, N108, N114, N118, N120, N122, N127, N130, N131, N134, N145, N146, N152, N159, N163, N164, N191)**

Konstrukce montovaná nebo svařovaná (pod pracovní desku laboratorního stolu) vyrobená z ocelového profilu 30x30 mm, tl.min.3mm. Pevnost a stabilita konstrukce zajištěna svařenými bočnicemi a horními, spodními spojovacími vlysy. Povrchová úprava provedena elektrostaticky naneseným epoxidovým vypalovacím emailem.

Konstrukce opatřena výškově stavitelnými nožkami pro vyrovnání nerovnosti podlahy.

Nosnost konstrukce min 150 kg.

Certifikace - viz. technická zpráva.

Vyobrazení:

