

Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standard

B

A

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

š x h x v mm

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

Legenda:

A

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

B

Název položky/podpoložky

C

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

š

Šířka - celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

h

Hloubka - celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

v

Výška - celkový výškový rozměr položky/podpoložky

obrázek

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

Název standardu

Číslo standardu

Autokláv prokládací

T114

Rozměry:

Dle výkazu výměr

Popis:

Inteligentní sterilizátor z materiálů prvotřídní kvality vyvinutých pro farmaceutický průmysl. Vybavení ergonomickými prvky pro usnadnění sterilizace velkých objemů. Součástí zařízení musí být ověřený operační software pro komplexní řízení funkčních parametrů. Autokláv musí disponovat vysoce účinným systémem předběžného ohřevu a sušení. Deskový tepelný výměník musí být z nerezové oceli AISI 316 L, nebo materiálu srovnatelné kvality. Přístroj musí mít snadný přístup do technické části pro údržbu a opravy. Dveře do komory musí být dvoje vertikální, automaticky posuvné. Displej musí být umístěn na obou obsluhovatelných stranách zařízení. Filtry musí být umístěny vertikálně pro zabránění jejich protržení. Objem komory min. 360 l. Užitný prostor musí být alespoň 210 l. Dveře i víka musí být z materiálu s nízkou drsností, nejlépe nerez AISI 316 L, nebo materiál srovnatelné kvality. Komora musí mít rozměr alespoň 430 x 630 x 550 mm (š x h x v). Hmotnost zařízení bez náplně nesmí přesáhnout 370 kg. Ovládací jednotka v českém jazyce. Maximální možný provozní tlak alespoň 3,5 bar, max. provozní teplota alespoň 148 °C. Napájení standardní 400 V.

Vyobrazení ilustrační:

