

Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ

Název standardu

Číslo standard

B

A

Rozměry: **šířka x hloubka x výška**

š x h x v mm

Popis: **C**

Vyobrazení: **obrázek**

Legenda:

A

Číslo standardu - číslo pod kterým je uvedena podpoložka ve „Specifikaci položek“

B

Název položky/podpoložky

C

Popis - detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Rozměry:

š

Šířka - celkový šířkový rozměr položky/podpoložky

h

Hloubka - celkový hloubkový rozměr položky/podpoložky

v

Výška - celkový výškový rozměr položky/podpoložky

obrázek

Schematické informativní vyobrazení provedení položky/podpoložky

Popis standardů nespecifikuje pravou nebo levou variantu dveří u nábytku.

Název standardu

Číslo standardu

Rukavicový box šířky 1000 mm

T139

Rozměry: **dle výkazu výměr**

š x h x v mm

Popis:

Box v provedení pro umístění na stůl. Všechny boční stěny vyrobeny z plexiskla pro dobrou viditelnost uvnitř boxu bez použití vnitřního osvětlení. V čelním skle dva kruhové otvory pro umístění rukavic, průměr otvorů 180 mm. Součástí dodávky musí být dvě neoprenové rukavice. Box musí být schopen provozu za pozitivního i negativního tlaku dle zvoleného příslušenství. Čelní stěna boxu musí být ergonomicky zkosená a plně demontovatelná. Výška boxu nesmí přesáhnout 750 mm, hloubka max. 850 mm. Tloušťka stěny alespoň 10 mm. Box musí být možné osadit HEPA filtry. Na pravé straně boxu musí být jedna vkládací komora o vnitřních rozměrech alespoň 180 x 180 x 370 mm (v x hl x š). Součástí boxu musí být monitorování tlaku a aktivní ovládání vakua. Pokud netěsnost sníží podtlak v odkládací přihrádce, zvýší se rychlost otáčení výfukového ventilátoru, aby se udržoval podtlak.

Ilustrační vyobrazení:

