

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 22.11.2024
Č. j. MU-ZAK/310795/2024/2562617/LF-2

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Hlubokomrazicí boxy pro Biologický ústav

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 a § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 20.11.2024 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dobrý den,

chceme tímto požádat o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VŘ a prosíme o odpověď.

V požadavku technických podmínek máte požadováno:

Součástí dodávky bude hlásič alarmových stavů mrazáku s využitím GSM sítě (SIM bude zajištěna ze strany kupujícího). Požadavek minimálně 4 výstupy a hlášení na až 8 telefonních čísel včetně možnosti zaslání textové zprávy.

Náš dotaz k tomuto bodu specifikace:

Budou tyto 2 ks skříňových hlubokomrazicích boxů umístěny společně v jedné místnosti a napojeny na jeden požadovaný hlásič?

Nebo má být každý mrazicí box vybaven vlastním hlásičem?

Děkujeme za odpovědi.

Na základě výše uvedeného dotazu se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Dobrý den,

chceme tímto požádat o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VŘ a prosíme o odpověď.

V požadavku technických podmínek máte požadováno:

Součástí dodávky bude hlásič alarmových stavů mrazáku s využitím GSM sítě (SIM bude zajištěna ze strany kupujícího). Požadavek minimálně 4 výstupy a hlášení na až 8 telefonních čísel včetně možnosti zaslání textové zprávy.

Náš dotaz k tomuto bodu specifikace:

Budou tyto 2 ks skříňových hlubokomrazicích boxů umístěny společně v jedné místnosti a napojeny na jeden požadovaný hlásič?

Nebo má být každý mrazicí box vybaven vlastním hlásičem?

Děkujeme za odpovědi.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí, že jelikož každé zařízení bude umístěno v jiné místnosti, požaduje, aby hlásič byl pro každý hlubokomrazicí box zvlášť.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Jana Sadílková
manažerka veřejných zakázek