

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 26.11.2024
Č. j. MU-ZAK/310795/2024/2562617/LF-4

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Hlubokomrazicí boxy pro Biologický ústav

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 a § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Dne 22.11.2024 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dobrý den, požadujete chladicí systém v dolní části boxu a současně bezfiltrový bezúdržbový systém.

Je možné nabídnout zařízení s chladicím systémem umístěným v horní části boxu?

Domníváme se, že můžeme nabídnout technicky ekvivalentní řešení, kdy umístění chladicího systému v horní části není tolik náchylné k usazování prachu a nečistot z okolí.

V případě umístění chladicího systému v dolní části v kombinaci s bezfiltrovým systémem může docházet k nasávání a usazování nečistot z okolí (podlahy), zvyšuje tedy riziko případné poruchy zařízení.

Předem děkujeme za vaši odpověď.

Na základě výše uvedeného dotazu se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Dobrý den, požadujete chladicí systém v dolní části boxu a současně bezfiltrový bezúdržbový systém.

Je možné nabídnout zařízení s chladicím systémem umístěným v horní části boxu?

Domníváme se, že můžeme nabídnout technicky ekvivalentní řešení, kdy umístění chladicího systému v horní části není tolik náchylné k usazování prachu a nečistot z okolí.

V případě umístění chladicího systému v dolní části v kombinaci s bezfiltrovým systémem může docházet k nasávání a usazování nečistot z okolí (podlahy), zvyšuje tedy riziko případné poruchy zařízení.

Předem děkujeme za vaši odpověď.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na svém požadavku ohledně umístění chladicího systému v dolní části boxu. Hlubokomrazicí boxy budou umístěny v místnostech s omezenou cirkulací vzduchu, kdy teplý vzduch se drží u stropu, proto je žádoucí, aby se chladicí agregát nacházel ve spodní části pro bezproblémové chlazení a správné fungování.

Současně uvádí, že pro potřeby pracoviště je varianta umístění ve spodní části potřebná vzhledem k manipulaci s těžkými stojany, jejichž součástí jsou krabice se vzorky. V případě umístění chladicího systému v dolní části

se zasouvací přihrádky (šuplíky) nacházejí nad chladícím zařízením. Není tedy nutné při manipulaci s těžkým stojanem pracovat v pokleku či jiné nežádoucí pracovní pozici, což je nevhodné pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Jelikož se zařízeními pracuje velká část zaměstnanců, zadavatel se snaží vyvarovat všech možných následků spojených s nepozorností či nedbalostí pracovníků obsluhující hlubokomrazící boxy spočívající např. v zakrytí větrací mřížky umístěné spolu s chladícím systémem v horní části boxu.

Zadavatel zvážil všechny důsledky obsluhy a manipulace s chladícími zařízeními a konstatuje, že jeho požadavek na umístění se nezměnil.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Jana Sadílková
manažerka veřejných zakázek